URI CHECK *plus*

contenitore sterile per analisi
delle urine con dispositivo per
il prelievo da provetta sottovuoto

ISTRUZIONI PER L'USO:
Detergere accuratamente mani e genitali, dopo aver scartato il primo getto raccogliere l'urina nel contenitore fino a circa la metà senza toccare la sonda di campionamento. Se si possiede la provetta rimuovere il sigillo di carta sopra il tappo, inserire la provetta nel vano sotto il sigillo attendendo che abbia aspirato l'urina, togliere la provetta e consegnarla in laboratorio analisi scrivendo nome, cognome e data. Se non si possiede la provetta riporre il contenitore nella scatolina dopo aver scritto nome, cognome, data e consegnarla quanto prima al laboratorio analisi.

chemist's research

chemist's research

URI CHECK *plus*

contenitore sterile per analisi
delle urine con dispositivo per
il prelievo da provetta sottovuoto



120 ml

CR_REV.01_05/2024

URI CHECK *plus*

contenitore sterile per analisi
delle urine con dispositivo per
il prelievo da provetta sottovuoto

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:
Se il campione non viene consegnato in tempi brevi si consiglia la conservazione in frigorifero per poche ore.

AVVERTENZE:
Non utilizzare il contenitore se scaduto o se l'involucro presenta lacerazioni. Smaltire secondo la legislazione vigente.

ASTUCCIO PAP 21 RACCOLTA CARTA	INVOLUCRO INTERNO O 07 - TAPPO HDPE 02 CONTENITORE PP 05 RACCOLTA PLASTICA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE	

chemist's research

chemist's research

URI CHECK *plus*

contenitore sterile per analisi
delle urine con dispositivo per
il prelievo da provetta sottovuoto



120 ml

chemist's research

URI CHECK *plus*

contenitore sterile per analisi
delle urine con dispositivo per
il prelievo da provetta sottovuoto

Cod. CUPL
989041761

Made in Italy

Syntesys srl - Via Galilei, 10/3
35037 Z.I. Selve di Teolo (PD)
Tel. 049 9903866

Distribuito da Chemist's Research srl
Via Leuca, 13 - 73020 Cavallino (LE)
Tel. 0832 231776

STERILE R IVD

02 PE-HD · 21 PAP · 05 PP · 07 O

LOT